


郡山市立御代田小学校校地空間線量 5月14日



除染土置場
(立入禁止)
2.26

検出器の種類	シンチレーションサーベイメータ NaI (エネルギー保障)
メーカー・型番	Aloka Tcs-172B
測定方法	地上高 50cm 及び 1cm にて計測
特記事項	Cs137 校正済み 2013. 2. 26